

摂津市立中学校給食の放射性物質検査の結果について

○給食まるごと検査

提供日 平成 27 年 6 月 5 日

収去日 平成 27 年 6 月 8 日

献立内容 バーガーパン、手作り煮込みハンバーグ、わかさぎの唐揚げ、
野菜のごま酢和え、さつまいもの甘煮、ミルクコンソメスープ

検査結果

検査項目	結果	単位	測定下限値
放射性セシウムスクリーニング法	合格	Bq/kg	14

検査実施機関：茨木保健所食品衛生課

検査方法：検査実施機関の検査実施標準作業書による

【放射性セシウムスクリーニング法の性能要件】

項目	内容
測定下限値	25 Bq/kg（基準値の 1/4）以下であること。